



OMNIS Coulometer Module ohne Rührer

2.1019.0010

Coulometer Module ohne Magnetrührer zum Anschluss an einen OMNIS Titrator oder ein OMNIS Coulometer zur Erweiterung um ein Messinterface.

Lieferumfang 2.1019.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1019.0010	OMNIS Coulometer Module ohne Rührer
		OMNIS Coulometer Module ohne Magnetrührer



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.05406.000	KFC Ausrüstung für OMNIS Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma Komplettes Zubehörset für die coulometrische Karl-Fischer-Titration.	
6.05406.010	KFC Ausrüstung für OMNIS Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma Komplettes Zubehörset für die coulometrische Karl-Fischer-Titration.	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module für die sichere Zugabe des Lösungsmittels und das Absaugen des Titriergefässinhalts ohne Kontakt zu den Reagenzien. Neue verbesserte Version beständig gegen Chloroform, Chlorbenzol, Xylol und Eisessig (erfordert OMNIS 4.4.1 oder höher). Manuelle Bedienung oder Ansteuerung durch OMNIS Software für maximale Anwenderfreundlichkeit. Inklusive Zubehör, Lösungsmittel- und Abfallflasche.	
6.1446.220	Stopfen Reagenzwechsel Solvent Module Stopfen für den Reagenzwechsel in einer coulometrischen Titrierzelle mit einem Solvent Module.	

6.02102.010 Kabel MDL St/Bu 0.5 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (0.5 m)



6.02102.020 Kabel MDL St/Bu 1 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (1 m)



6.02102.030 Kabel MDL St/Bu 2 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (2 m)



6.02102.040 Kabel MDL St/Bu 5 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (5 m)



6.02102.050

Kabel MDL St/Bu 10 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (10 m)

