



Solvent Pump

2.1029.0010

Solvent Pump wird mit einem Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer für die sichere Zugabe und das Absaugen des Titriergefäßinhalts ohne Kontakt zu Reagenzien verwendet.

Mit optionalem Netzteil 6.2164.010 ist auch eine geräteunabhängige Verwendung möglich.

Lieferumfang 2.1029.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1029.0010	Solvent Pump

Solvent Pump wird mit einem Eco KF Titrator für die sichere Zugabe und das Absaugen des Titriergefäßinhalts ohne Kontakt zu Reagenzien verwendet.



1 STK

6.02110.000

Verbindungskabel Eco KF Titrator/Solvent Pump

Kabel zur Verbindung einer Solvent Pump mit einem Eco KF Titrator,
dient zur Stromversorgung



1 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1446.090

Stopfen / B-14/15 / M8



1 STK

6.1543.110

Dosierspitze / Gewinde M8

Dosierspitze mit Gewinde M8



1 STK

6.1543.120

Absaugspitze / Gewinde M8

Absaugspitze, wenn der Absaugschlauch 6.1805.200 verwendet wird



1 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1608.023

Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45

Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.



1 STK

6.1608.030

Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45



1 STK

6.1623.000

Überlaufschutz zu Flaschenaufsatz

Überlaufschutz zu Flaschenaufsatz für eine Abfallflasche, verhindert das Überlaufen der Abfallflasche bei Verwendung einer Absaugpumpe



2 STK

6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1819.050

Kanüle

Für Gewindebohrungen M8 des Flascheneinsatzes 6.1602.10X mit Absaugflasche 6.1608.030. Für 703 und 803 Ti Stand, 681 Pump Unit und 679 Rancimat



1 STK

6.2811.000

Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.



1 STK

6.01600.200

Siphon Breaker

Verhindert das Nachlaufen von Flüssigkeit aus der Reagenzflasche in die Titrierzelle.




1 STK

6.01804.210

PVC-Schlauch 4/6 0.35 m

Für Schlauchverbindungen zum OMNIS Solvent Module oder Solvent Pump.



1 STK

6.01805.130

PTFE Schlauch 3/250 mm mit Schraubnippel

Absaugschlauch mit Schraubnippel für die Verbindung der Reagenzflasche mit dem Siphon Breaker.



Wattebäuschchen aus Baumwolle (4 Stück), passend zu OMNIS
Adsorberrohr 601406010.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01807.000	Adsorberkartusche	
	Adsorberkartusche für OMNIS Solvent Module oder Solvent Pump, zum Befüllen mit Molekularsieb 6.2811.000.	
6.2164.010	Tischnetzgerät 100 - 240 V/24 V DC	
	Tischnetzgerät für 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer und alle Eco Titratoren / Eco Dosimat.	
6.2811.000	Molekularsieb	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
6.2811.010	Molekularsieb (US)	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
	Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.	

Stopfen für den Reagenzwechsel in einer coulometrischen Titrierzelle mit einem Solvent Module.

