



705 UV Digester (220 V, 50 Hz)


2.705.0017

Aufschlussgerät für die UV-Photolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Besteht aus einem Kontrollgerät mit integrierter Zeitschaltuhr und einem separaten Nassteil mit UV-Lampe, Kühleinrichtung und einem Halter für 12 Probenaufschlussröhrchen für max. je 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 V und 50 Hz.

Lieferumfang 2.705.0017

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.705.0017	705 UV Digester (220 V, 50 Hz)
		Aufschlussgerät für die UV-Photolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Besteht aus einem Kontrollgerät mit integrierter Zeitschaltuhr und einem separaten Nassteil mit UV-Lampe, Kühleinrichtung und einem Halter für 12 Probenaufschlussröhrchen für max. je 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 V und 50 Hz.





1 STK

6.2804.030

UV-Quecksilberdampfampe

Hochdruckquecksilberdampfstrahler zu 705 UV Digester.
Wellenlängenbereich UV 200 ... 280 nm. Betriebsdauer mind. 500 h.



12 STK

6.1446.100

PTFE-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12 mL

Für Quarzprobengefäß 6.2414.000



1 STK

6.1446.110

Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12
mL

Für Thermometer 6.2401.010



1 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 STK

6.2041.040

Probenhalter für 12 Quarzaufschlussgefäße 12 mL
für den 705 UV Digester



1 STK

6.2401.010

Quecksilber-Thermometer

Messbereich: 0 ... 100 °C. Skaleneinteilung: 1 °C



12 STK

6.2414.000

Quarzprobengefäß 12 mL

für UV Digester




1 STK

6.2745.000

UV Schutzschild

für 705 UV Digester



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1446.150	Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 5 mL Für Thermometer 6.2401.010	
6.2041.050	Probenhalter für 16 Quarzaufschlussgefäße 5 mL für den 705 UV Digester	
6.1446.140	Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 5 mL Für Quarzprobengefäß 6.2414.010	
6.2414.010	Quarzprobengefäß 5 mL für 705 UV Digester	