



dAg-Ringelektrode

6.00402.300

Digitale, kombinierte Silberringelektrode für OMNIS mit einem Festschliffdiaphragma.

Diese Elektrode eignet sich für Fällungstitrationsen bei variierendem pH-Wert (Titriermittel Silbernitrat) von z.B.

- Chlorid, Bromid, Iodid
- Sulfiden
- Schwefelwasserstoff
- Mercaptane
- Cyanide

Das Festschliffdiaphragma ist gegenüber Verschmutzung unempfindlich. Als Referenzelektrolyt und zur Aufbewahrung wird $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ verwendet.

dTrodes können an OMNIS Titratoren verwendet werden.

Lieferumfang 6.00402.300

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



100 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.02104.300	Elektrodenkabel Steckkopf Q / Stecker P, 0.55 m Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am digitalen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.310	Elektrodenkabel Steckkopf Q / Stecker P, 1.5 m Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am digitalen Messmodul von OMNIS.	