



Porotrode

Kombinierte pH-Elektrode für pH-Messung/Titration in:

- eiweißhaltigen Proben (Lebensmittel, biologische Proben)
- stark verschmutzten Proben
- viskosen Proben

Das speziell entwickelte Kapillardiaphragma und der Referenzelektrolyt Porolyt (6.2318.000) ermöglichen eine optimale Leistung in proteinhaltigen Lösungen. Aufbewahrung in Aufbewahrungslösung.

Lieferumfang

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



100 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2318.010	Porolyt 50 mL Referenzelektrolyt Porolyt für Elektroden 6.0235.200 Porotrode und 6.00235.600 Porotrode mit Pt1000. Ersetzt 6.2318.000 Porolyt 50 mL. 
6.2325.100	Reinigungslösung 3 x 50 mL Nur eine präventive und regelmässige Pflege der pH-Glasmembran und des Diaphragmas garantiert auf lange Zeit zuverlässige Messergebnisse. Eine Reinigung durch Ätzung mit toxischen Chemikalien oder eine mechanische Behandlung des Diaphragmas ist nicht nur kompliziert und teuer, sondern beschleunigt zudem die Alterung der pH-Glaselektrode. Die Reinigungslösung wurde für eine einfache und sanfte Reinigung von pH-Glaselektroden entwickelt. Durch eine regelmässige Anwendung kann deren Lebensdauer deutlich verlängert werden. Diese Reinigungslösung ist auch Teil des pHit Kits. 
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F). 

6.2104.030

Elektrodenkabel / 2 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).

