



Getrennte Ag-Stift-Elektrode

6.0331.010

Diese Metallelektrode muss zusammen mit einer Referenzelektrode ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ als Referenzelektrolyt) verwendet werden und eignet sich für Fällungstitrationen (Titrimittel Silbernitrat). Der robuste Schaft aus Polypropylen und der Metallstift können einzeln ersetzt werden.

Lieferumfang 6.0331.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2106.020	Kabellitze / 1 m / 2 x B Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1241.030	Elektrodenschaft Elektrodenschaft für getrennte Metallstift-Elektroden	
6.1248.010	Silber-Elektrodenstift Silber-Elektrodenstift für getrennte Metallstift-Elektrode	
6.0729.100	Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 12.5 cm) Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System und separater Abschirmung, Einbaulänge 10 cm. Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für: • nichtwässrige Proben • Differenzpotentiometrie Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Der Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.	