



Getrennte Ag-Stift-Elektrode mit Ag₂S-Überzug

6.0331.010S

Diese Metallelektrode muss zusammen mit einer Referenzelektrode ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ als Referenzelektrolyt) verwendet werden und eignet sich für Fällungstitrationsen (Titrimittel Silbernitrat). Der robuste Schaft aus Polypropylen und der Metallstift können einzeln ersetzt werden. Der Silberstift ist für erhöhte Empfindlichkeit mit einer Sulfidschicht (Ag_2S) überzogen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2106.020	Kabellitze / 1 m / 2 x B Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.0729.100

Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 12.5 cm)

Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System und separater Abschirmung, Einbaulänge 10 cm.

Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für:

- nichtwässrige Proben
- Differenzpotentiometrie

Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Der Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.



6.2310.010

Elektrolyt KNO₃-1 mol/L 250 mL

Elektrolytlösung KNO₃ 1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)



6.1241.030

Elektrodenschaft

Elektrodenschaft für getrennte Metallstift-Elektroden

