



KFT Ausrüstung für Eco KF Titrator

6.05610.050

Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl-Fischer-Titration

Lieferumfang 6.05610.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1903.020	Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.00346.100

Doppel Pt Ringelektrode für die Volumetrie

Indikatorelektrode für die Karl Fischer Titration, welche durch die beiden eingeschmolzenen Platin-Ringe robuster und einfacher zu reinigen ist, als die herkömmliche Platin-Stift Elektrode (6.0338.100).




1 STK

6.01406.010

Adsorberrohr mit Deckel

Adsorberrohr mit Deckel zu OMNIS Karl Fischer Titrator volumetrisch



1 STK

6.01406.220

Titrationsgefäß 20 – 90 mL

Titriergefäß 20 – 90 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit Titriergefäßsoberteilen 6014050X0.



1 STK

6.01408.010

Dichtungssatz zu Karl-Fischer-Titrierzelle

Kompletter Dichtungssatz, passend zu 6.05609.000 und 6.05609.010.



1 STK

6.01543.120

Antidiffusionsspitze

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil, passend zu OMNIS Karl Fischer Titrator



3 STK

6.02709.010

Stopfen

Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.



1 STK

6.02709.020

Septumstopfen

Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



2 STK

6.02709.030

Schraubnippel

Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



1 STK

6.02801.000

Watte zu Adsorberrohr

Wattebäuschchen aus Baumwolle (4 Stück), passend zu OMNIS Adsorberrohr 601406010.



2 STK

6.1448.010

Septum / 12 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.



2 STK

6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



2 STK

6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-Elektrode und für die Probenzugabe in der Karl-Fischer-Titration.



1 STK

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



1 STK

6.01405.050

Titriergefäßoberteil Eco für die volumetrische Karl-Fischer-Titration

Titriergefäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit einem Eco KF Titrator



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02709.040	Verschlussstopfen Verschlussstopfen zu Titriergefässoberteilen 6014050X0. 
6.02711.000	Pastenlöffel Geeignet zum Einsatz für Karl-Fischer-Wasserbestimmungen von pastösen Substanzen, wie z.B. Honig, Kosmetik, Fette oder verschiedene Milchprodukte. Der Pastenlöffel erleichtert die Zugabe von viskosen Proben. Er wird so einfach, wie jeder andere Spatel gehandhabt und ermöglicht die bequeme, schnelle und verlustfreie Zugabe von Pasten in das Karl-Fischer-Titriergefäss. Um viskose Proben schnell und komplett aufzulösen, empfehlen wir zudem die Verwendung eines Homogenisierers. Passend zu Titriergefässoberteilen 6014050X0. 
6.2811.000	Molekularsieb Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte. 

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.

Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.

