



Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 12.5 cm)

6.0729.100

Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System und separater Abschirmung, Einbaulänge 10 cm.

Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für:

- nichtwässrige Proben
- Differenzpotentiometrie

Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Der Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.

Lieferumfang 6.0729.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1243.030	Diaphragma für Bezugselektroden Ersatz-Schliffdiaphragma für Bezugselektroden 6.0726.1XX und 6.0729.1XX	
6.2308.020	Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL) Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)	
6.2310.010	Elektrolyt KNO_3 1 mol/L 250 mL Elektrolytlösung KNO_3 1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)	
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in Ethylenglykol (250 mL) Elektrolytlösung TEABr (Tetraethylammoniumbromid in Ethylenglykol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$	

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



6.2129.010

Differenzverstärker, Stecker F

Differenzverstärker mit Stecker F, für Titrandos (Netzteil muss separat bestellt werden: 6.2117.000 Netzgerät EU 230V/9V AC)

Auch als Komplettsset verfügbar: 6.5104.030 Differenzverstärker / Stecker F / 230 V EU

