



Módulo Pick&Place con agitador

2.1014.0110

Módulo para el montaje en un soporte de módulo del Pick&Place del OMNIS Sample Robot. Esta puesto de trabajo acoge el vaso de muestra para el análisis. El agitador magnético montado hace posible que las muestras, que han sido preparadas externamente en un agitador magnético, puedan ser analizadas directamente en el Sample Robot sin que la varilla del agitador magnético tenga que extraerse previamente. Entre un análisis y otro, los sensores utilizados se limpian y emplazan en un vaso de almacenamiento del módulo Pick&Place.

Partes/accesorios 2.1014.0110

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Módulo para el montaje en un soporte de módulo del Pick&Place del OMNIS Sample Robot. Esta estación de trabajo acoge el vaso de muestra para el análisis. El agitador magnético montado hace posible que las muestras, que han sido preparadas externamente en un agitador magnético, puedan ser analizadas directamente en el Sample Robot sin que la varilla del agitador magnético tenga que extraerse previamente. Entre un análisis y otro, los sensores utilizados se limpian y emplazan en un vaso de almacenamiento del módulo Pick&Place.



Tubo de silicona para la conexión a la salida del módulo Pick&Place o el módulo de bombeo, para conducir con seguridad la solución de rebose al depósito de residuos si fuera necesario.



Para la fijación de tubos de PVC o PTFE que conduzcan a la estación de trabajo.



Para la organización de tubos y cables entre el módulo Pick&Place y el titulador



1 PCS

6.02700.000

Cubierta de seguridad para módulo Pick&Place

Cubierta de seguridad para módulos Pick&Place



1 PCS

6.01804.500

Adaptador de tubo para tubo de desagüe

Adaptador de tubo para tubo de desagüe en módulos Pick&Place y módulos de bombeo en OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01403.000	Cabezal de titulación 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) Cabezal de titulación con 6 orificios EN14 y 3 EN9 para la utilización en módulo Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Cabezal de titulación 4xM10 para KFT (P&P) Cabezal de titulación con 4 orificios M10 para la utilización en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Cabezal de titulación 4xM10 para titulación Karl Fischer (P&P) Cabezal de titulación con 4 orificios M10 para la titulación Karl Fischer en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 4 boquillas roscadas M10 y tapones.	
6.01403.040	Cabezal de titulación 2xEN14 (P&P) Cabezal de titulación con 2 orificios EN14 para la utilización en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con toberas de lavado. En el cabezal de titulación se introduce un tubo de aspiración.	

6.01403.030 Cabezal de titulación 3 x EN14 / 4 x 6,4 mm (P&P)

Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos de 120 mL en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.



6.01404.030 Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 120 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 120 mL en el carro del módulo Pick&Place



6.01404.040 Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 75 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 75 mL en el carro del módulo Pick&Place



6.01403.060 Cabezal de titulación 3 x EN14 / 4 x 6,4 mm para vasos de un solo uso de 200 mL (P&P)

Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos desechables de PP de 200 mL (6.1459.310) o vasos de vidrio de 150 mL (altos y sin pico vertedor) en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con dos puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.



6.01404.020 Adaptador para vasos de muestra de 200 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 200 mL en el carro del módulo Pick&Place.



6.01403.050 Cabezal de titulación para KFT con puntas reforzadas (P&P)

Cabezal de titulación para titulación Karl Fischer en los módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place. Además de 2 puntas antidifusión reforzadas, el cabezal de titulación incluye una abertura para el uso de un homogeneizador (Polytron 1300D) o un agitador de varilla.



6.01404.050 Adaptador para vasos de muestra de 150 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 150 mL en el carro del módulo Pick&Place.

