



Solvent Pump

2.1029.0010

Solvent Pump se utiliza con un Eco Titrator o un Eco KF Titrator o un Eco Coulometer para la adición segura y la extracción del contenido del recipiente de titulación sin contacto con los reactivos.

Mediante la fuente de alimentación opcional 6.2164.010, también es posible utilizar la Solvent Pump independientemente de cualquier aparato.

Partes/accesorios 2.1029.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.1029.0010	Solvent Pump

Solvent Pump se utiliza con un Eco KF Titrator para la adición segura del disolvente y la extracción del contenido del recipiente de titulación sin contacto con los reactivos.



1 PCS

6.02110.000

Cable de conexión Eco KF Titrator / Solvent Pump

El cable para la conexión de una Solvent Pump con un Eco KF Titrator sirve como fuente de alimentación



1 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1446.090

Tapón/ B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Punta de dosificación, rosca M8

Punta de transferencia, rosca M8



1 PCS

6.1543.120

Punta de aspiración / Rosca M8

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



1 PCS

6.1602.105

Adaptador para botella / GL 45 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.



1 PCS

6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



1 PCS

6.1608.030

Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1623.000

Protección contra rebose del adaptador para botella

La protección contra rebose del adaptador para botella impide el rebose de la botella de residuos al utilizar la bomba de aspiración



2 PCS

6.1805.200

Tubo PTFE / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1819.050

Tubo

Para orificios roscados M8 del adaptador para botella 6.1602.10X con botella de aspiración 6.1608.030. Para 703 y 803 Ti Stand, 681 Pump Unit y 679 Rancimat




1 PCS

6.2811.000

Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.



1 PCS

6.01600.200

Interruptor de sifón

Evita que el líquido salga de la botella de reactivo hacia la celda de titulación.




1 PCS

6.01804.210

Tubo de PVC 4/6 0,35 m

Para conexión de tubo para OMNIS Solvent Module o Solvent Pump.



1 PCS

6.01805.130

Tubo de PTFE de 3/250 mm con boquilla roscada

Tubo de aspiración con boquilla roscada para la conexión de la botella de reactivo con el interruptor de sifón.



Torundas de algodón (4 unidades), aptas para tubo de adsorción OMNIS 601406010.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01807.000	Cartucho de adsorción Cartucho de adsorción para OMNIS Solvent Module o Solvent Pump, para rellenar con el tamiz molecular 6.2811.000.	
6.2164.010	Adaptador portátil 100 - 240 V/24 V CC Adaptador portátil para 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer y todos los Eco Titrator / Eco Dosimat.	
6.2811.000	Tamiz molecular Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.	
6.2811.010	Tamiz molecular (EE. UU.) Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer. Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.	

6.1446.220

Tapón de recambio de reactivo Solvent Module

Tapón para el recambio de reactivo en una celda de titulación coulométrica con un Solvent Module.

