



705 UV Digester (220 V, 50 Hz)

2.705.0017

Aparato de digestión para la fotólisis UV de muestras de agua con carga orgánica de baja a media. Para la preparación de muestras en la voltamperometría, cromatografía iónica y espectroscopía (AAS, ICP). Formado por un aparato de control con reloj temporizador integrado y una parte química separada con lámpara ultravioleta, dispositivo de refrigeración y un soporte para 12 tubos de muestras con un volumen máx. de 12 mL de muestra cada uno. Aparato para 220 V y 50 Hz.

Partes/accesorios 2.705.0017

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.705.0017	705 UV Digester (220 V, 50 Hz)
		Aparato de digestión para la fotólisis UV de muestras de agua con carga orgánica de baja a media. Para la preparación de muestras en la voltamperometría, cromatografía iónica y espectroscopía (AAS, ICP). Formado por un aparato de control con reloj temporizador integrado y una parte química separada con lámpara ultravioleta, dispositivo de refrigeración y un soporte para 12 tubos de muestras con un volumen máx. de 12 mL de muestra cada uno. Aparato para 220 V y 50 Hz.





1 PCS

6.2804.030

Lámpara de vapor de mercurio UV

Lámpara de vapor de mercurio de alta presión para 705 UV Digester.
Gama de longitud de onda UV 200...280 nm. Duración de servicio mín.
500 h.



12 PCS

6.1446.100

Tapón de PTFE para recipiente de muestras de cuarzo
UV 12 mL

Para recipiente de muestras de cuarzo 6.2414.000



1 PCS

6.1446.110

Tapón termómetro para recipiente de muestras de
cuarzo UV 12 ml

Para Termómetro 6.2401.010



1 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.2041.040

Soporte de muestras para 12 recipientes de digestión
de cuarzo de 12 mL

para el 705 UV Digester



1 PCS

6.2401.010

Termómetro de mercurio

Gama de medida: 0 ... 100 °C Graduación de escala: 1 °C



12 PCS

6.2414.000

Recipiente de muestra de cuarzo 12 mL


para 705 UV Digester



1 PCS

6.2745.000

UV placa de protección
para 705 UV Digester



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1446.150	Tapón termómetro para recipiente de muestras de cuarzo UV 5 ml Para Termómetro 6.2401.010	
6.2041.050	Soporte de muestras para 16 recipientes de digestión de cuarzo de 5 mL para el 705 UV Digester	
6.1446.140	Tapón para recipiente de muestras de cuarzo UV 5 mL Para recipiente de muestras de cuarzo 6.2414.010	
6.2414.010	Recipiente de muestra de cuarzo 5 mL para 705 UV Digester	