



VA Computrace 757 con accesorios reducidos

2.757.0120

VA Computrace con conector USB y juego reducido de accesorios. Sistema voltamperométrico integrado controlado por PC para el análisis y la enseñanza. Juego reducido de accesorios sin electrodos para reemplazar antiguos modelos de aparatos VA de Metrohm (Stand VA 663 o Stand VA 647). Incluye puerto USB 6.5326.000 y Software PC 6.6032.100 para Windows 2000 o XP Professional.

Partes/accesorios 2.757.0120

Qt.	Order no.	Descripción
7 PCS	6.1446.040	Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1801.080

Tubo flexible para conexión de nitrógeno

Para la alimentación de gas de aparatos voltamétricos



4 PCS

6.1808.000

Manguito de conexión M6



1 PCS

6.1824.000

Punta de microdosificación cuádruple

Con 4 x rosca M6. Para bancos de medida VA.



1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.2709.080

Tapón para orificio de pipeta

Para 694, 747 VA Stand y Computrace VA



1 PCS

6.2711.040

Bandeja colectadora de gotas para VA Computrace



1 PCS

6.2730.030

Tapón

Completo con racor y junta tórica. Para partes superiores de recipientes de titulación 6.1414.030. Para aparatos KF, stands de medida VA, VA Computrace y dilución IC.



1 PCS


6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1817.000	Tubo de llenado para MME Para llenado del electrodo multimodo	
6.2615.030	Soporte para electrodo multimodo MME Soporte para rellenar y conservar el electrodo multimodo.	
2.772.0110	772 Pump Unit Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras.	
2.823.0010	823 Membrane Pump Unit Bomba de membrana para conexión directa a los procesadores de muestras.	

6.0728.000

Electrodo de referencia Ag/AgCl sin electrolito

Sistema de referencia interno sin electrolito con tornillo de ajuste, para el uso con recipiente de electrolito de vidrio 6.1245.000.



6.1204.090

Punta de agitador

Punta de agitador para stands VA



6.1204.130

Punta de electrodo de plata

Punta de electrodo de plata (Ag) diámetro disco de electrodo 2 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.



6.1204.140

Punta de electrodo de oro

Punta de electrodo de oro (Au) , diámetro disco de electrodo 2 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.



6.1204.150

Punta de electrodo de oro lateral

Punta de electrodo de oro (Au) con superficie de electrodo lateral. Diámetro disco de electrodo 3 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.



6.1204.170

Punta de electrodo de platino de 3 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 3 mm, superficie pulida, rosca M3. Rango de temperatura: 0 ...40 °C.



6.1204.180

Punta de electrodo Ultra Trace

Punta de electrodo de carbono de grafito Ultra-Trace, diámetro disco de electrodo 2 mm. Temperatura: 0...40 °C.



6.1204.210

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE)

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio para stands de medida VA, rosca M3.



6.1204.220

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con contacto de mercurio

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio y contacto de mercurio para stands de medida VA, rosca M3.



6.1226.030

Capilar de gota de mercurio (no silanizado) para MME

Capilar de gota de mercurio no silanizado (10 unidades)



6.1226.050

Capilar de gota de mercurio (silanizado) para MME

Capilar de gota de mercurio silanizado (10 unidades)



6.1241.020

Portaelectrodos

Portaelectrodos para electrodos auxiliares de voltamperometría con tornillo de ajuste. Para el uso con punta de Glassy Carbon (6.1247.000) o con punta de platino (6.1247.010).



6.1245.000

Recipiente de electrolito de vidrio

Recipiente de electrolito de vidrio con diafragma esmerilado (esmerilado normal) para electrodo de referencia Double Junction.



6.1245.010

Recipiente de electrolito de plástico

Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



6.1247.000

Punta de Glassy Carbon (GC)

Para portaelectrodos 6.1241.020 o 6.1241.120 para electrodo auxiliar VA.



6.1247.020

Agujas para MME

Agujas para Multi Mode Electrode (3 unidades).



6.1415.150

Recipiente de titración / 5-70 mL



6.1415.220

Recipiente de titración / 20-90 mL



6.1415.250

Recipiente de titración / 50-150 mL



6.1415.310

Recipiente de titración / 70-200 mL



6.1418.150

Recipiente de valoración / 5-70 mL / camisa termostática



6.1418.220

Recipiente de valoración / 20-90 ml / camisa termostática



6.1418.250

Recipiente de valoración / 50-150 mL / camisa termostática



6.1450.210

Recipiente de titulación PFA / 10 a 90 mL

Para análisis de ultratrazas y soluciones con contenido de fluoruro.



6.1456.210

Recipiente de medida 10-90 mL

Recipiente de medida para sistemas VA automatizados.



6.2406.000

Colector de mercurio

Hilo de plata (para determinación de gotitas de mercurio por amalgama)



6.2703.000

Anillo de soporte para recipientes de titración



6.2709.040

Tapón orificio MME en VA Stands

Para el cierre del conducto de gas del electrodo multimodo en Stands VA cuando no se usa. Incl juntas tóricas E.301.0004.



6.2709.050

Tapón orificio de agitador en VA Stands

Incl. juntas tóricas E.301.0004. Para orificio de agitador en Stands VA



6.2711.030

Cubeta de retención para llenar el MME

Para 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace, así como 647, 663, 694, 747 VA Stands



6.2816.020

Jeringa 10 mL con conector Luer

Para diversas aplicaciones en CI y VA.



6.2816.030

Aguja con conector Luer

Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.

