



786 Swing Head con cabezal de transferencia a la derecha

2.786.0020

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la derecha de la estación de trabajo.

Partes/accesorios 2.786.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.



1 PCS

6.1462.040

Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786
Swing Head, girando a la derecha

Brazo giratorio de transferencia para manejo de líquidos



1 PCS

6.1562.100

Tubo de pipeteado/10 mL

Tubo de pipeteado para la transferencia totalmente automática de
soluciones de muestra.



1 PCS

6.1823.010

Tubo guía para tubo de pipeteado

Para montar en el brazo giratorio de transferencia de Robotic Sample
Processor



1 PCS

6.2621.120

Llave de hexágono interior 1.5 mm

