



838 Advanced IC Dilution Sample Processor

2.838.0120

Procesador de dilución de muestras CI Advanced para dilución de muestras inline.

Partes/accesorios 2.838.0120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.838.0020	838 Advanced IC Injection Sample Processor Procesador de muestras CI Advanced con inyector de 6 puertos para aplicaciones que necesitan un inyector adicional.



1 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



1 PCS

6.1456.210

Recipiente de medida 10-90 mL

Recipiente de medida para sistemas VA automatizados.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



3 PCS

6.1608.080

Botella / 300 mL

Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.



1 PCS

6.1619.010

Adsorbedor completo para unidad intercambiable



2 PCS

6.1803.070

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 40 cm

Tubo capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



3 PCS

6.1803.080

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 1 m

Capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 PCS

6.1803.110

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 50 cm

Se use con Advanced IC Dilution Sample Processor




1 PCS

6.1803.120

Capilares de transferencia PTFE 0,97 mm diámetro
interior / 3 m

Instalado en el Advanced IC Dilution Sample Processor



1 PCS

6.2001.070

Consola de soporte para procesadores de muestras

Consola de soporte para procesadores de muestras para valoraciones
externas y dilución (CI)



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2036.000

Anillo de retención para recipiente de titración



1 PCS

6.2064.000

Sujetador de vasos para Procesador de muestras CI
Advanced

Placa para quitar las tapas de los tubos sobre el Procesador de muestras
Advanced. Para recipientes de muestras de 2,5 y 11 mL



1 PCS

6.2134.100

Cable de conexión RS-232, 5 m, DB9 – DB9

Para conexión Interface Metrohm RS-232 - Titrino, 756 KF Coulometer,
762 o 771 IC Interfaces, 790 Personal IC, 743 Rancimat, 763 PVC
Thermomat, 873 Biodiesel Rancimat.



1 PCS

6.2141.190

Cable 732/819 - 766/788/838

Cable de conexión Detector CI a Advanced Sample Processor



1 PCS

6.2621.300

Juego de herramientas para IC Sample Processor
Advanced

Herramienta formada por llave de horquilla y llave hexagonal



1 PCS

6.2727.010

Cono intermedio EN

Para electrodos auxiliares y de referencia en el recipiente de medida y valoración con parte superior 6.1414.010



1 PCS

6.2730.030

Tapón

Completo con racor y junta tórica. Para partes superiores de recipientes de titulación 6.1414.030. Para aparatos KF, stands de medida VA, VA Computrace y dilución IC.



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



3 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



1 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.




1 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva




1 PCS

6.2751.110

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



2 PCS

6.1826.380

Tubo flexible de bomba LFL (gris/gris) con 3 fijaciones

Para la dilución en línea.



1 PCS

6.2846.010

Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta de titulación PEEK

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1562.130	Tubo de transferencia con soporte 2 x M6 / 10 mL para procesadores de muestras Tubo de transferencia para dilución de muestras y concentración con el Dosino en procesadores de muestras.	
6.2041.310	Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.320	Gradilla de muestras, 16 x 150 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta). Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.340	Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	

6.2041.350

Gradilla de muestras 48 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 48 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)




6.2041.360

Gradilla de muestras 12 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta), 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.370

Gradilla de muestras, 14 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.380

Gradilla de muestras 14 x 235 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 235 mL (8 oz.).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.430

Gradilla de muestras 127 x 11 mL y 2 x 300 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 127 recipientes de muestras y 2 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.440

Gradilla de muestras, 148 x 11 mL y 3 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 148 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.450

Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.760

Gradilla de muestras 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

Gradilla de muestras con pequeño diámetro para recipientes de muestras de 54 x 11 mL en dos filas y una botella adicional de 1 x 300 mL.



6.2629.000

Tuerca para portaagujas de CI

Para Sample Processors.



6.2743.050

Recipiente de muestras 11 mL

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.070

Tapón con perforación

2000 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.077

Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI

