



dPt-Titrode

6.00401.300

Electrodo de anillo de platino combinado digital para OMNIS con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones redox con un valor de pH constante, por ejemplo:

- Yodometría
- Cromatometría
- Cerimetría
- Permanganometría

Este electrodo se almacena en agua destilada.
Los dTodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

Partes/accesorios 6.00401.300

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.02104.300	Cable de electrodo con cabezal enchufable Q / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS	
6.02104.310	Cable de electrodo con cabezal enchufable Q / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS	