



dAg electrodo de anillo

6.00402.300

Electrodo de anillo de plata combinado digital para OMNIS con un diafragma esmerilado fijo. Este electrodo es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH variable (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación. Como electrolito de referencia y para la conservación se utiliza $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

Partes/accesorios 6.00402.300

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.02104.300	Cable de electrodo con cabezal enchufable Q / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS	
6.02104.310	Cable de electrodo con cabezal enchufable Q / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un módulo de medida digital de OMNIS	