



Porotrode

Electrodo pH combinado para titulación/medida de pH en:

- muestras con contenido de proteínas (alimentos, muestras biológicas)
- muestras muy contaminadas
- muestras viscosas

El diafragma capilar especialmente desarrollado y el electrolito de referencia Porolyte (6.2318.000) permiten un rendimiento óptimo en soluciones con contenido de proteínas. Conservación en una solución de conservación.

Partes/accesorios

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2318.010	Porolyte 50 mL	
	Electrolito de referencia Porolyte para electrodos 6.0235.200 Porotrode y 6.00235.600 Porotrode con Pt1000.	
	Sustituye al 6.2318.000 Porolyte 50 mL.	
6.2325.100	Solución de limpieza 3 x 50 mL	
	Solo el cuidado preventivo y regular de la membrana de vidrio pH y del diafragma garantiza resultados de medida fiables durante un largo periodo de tiempo. La limpieza por cauterización con productos químicos tóxicos o el tratamiento mecánico del diafragma no solo es un proceso complicado y costoso, sino que también acelera el envejecimiento del electrodo de vidrio pH.	
	La solución limpiadora ha sido desarrollada para limpiar los electrodos de vidrio pH con facilidad y suavidad. El uso habitual puede alargar significativamente su vida útil.	
	Esta solución limpiadora también forma parte del kit pHit.	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F	
	Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	

6.2104.030

Cable de electrodo / 2 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

