



Juego de accesorios de titulación Karl Fischer para Eco KF Titrator

6.05610.050

Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer volumétrica

Partes/accesorios 6.05610.050

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1903.020	Varilla de agitador / 16 mm
		Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.00346.100

Electrodo de anillo de Pt doble para volumetría

Electrodo indicador para la titulación Karl Fischer, más robusto y fácil de limpiar que el electrodo de varilla de platino convencional (6.0338.100) debido a los dos anillos de platino fundido.




1 PCS

6.01406.010

Tubo de adsorción con tapa

Tubo de adsorción con tapa para el titulador volumétrico OMNIS Karl Fischer



1 PCS

6.01406.220

Recipiente de titulación 20 – 90 mL

Recipiente de titulación 20 – 90 mL con cierre roscado para el uso con parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.



1 PCS

6.01408.010

Kit de sellado para celda de titulación Karl Fischer

Juego completo de juntas, apto para 6.05609.000 y 6.05609.010.



1 PCS

6.01543.120

Jeringa antidifusión

Punta de titulación con válvula antidifusión, apta para el titulador Karl Fischer OMNIS.



3 PCS

6.02709.010

Tapón

Tapón de plástico, apto para el OMNIS Karl Fischer Titrator 2.1001.4220.



1 PCS

6.02709.020

Tapón septo

Tapón septo de plástico, apto para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.



2 PCS

6.02709.030

Boquilla roscada

Boquilla roscada de plástico, apta para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.



1 PCS

6.02801.000

Algodón para tubo de adsorción

Torundas de algodón (4 unidades), aptas para tubo de adsorción OMNIS 601406010.



2 PCS

6.1448.010

Septo / 12 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.



2 PCS

6.2816.020

Jeringa 10 mL con conector Luer

Para diversas aplicaciones en CI y VA.



2 PCS

6.2816.030

Aguja con conector Luer

Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.



1 PCS

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



1 PCS

6.01405.050

Parte superior del recipiente de titulación Eco para la titulación Karl Fischer volumétrica

Parte superior del recipiente de titulación para la titulación Karl Fischer volumétrica con un Eco KF Titrator



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.02709.040	Tapón de cierre	
	Tapón de cierre para partes superiores del recipiente de titulación 6014050X0.	
6.02711.000	Cuchara para sustancias viscosas	
	Adecuada para la determinación del contenido de agua de sustancias viscosas según el método Karl Fischer como, por ejemplo, miel, cosméticos, grasas o diversos productos lácteos.	
	La cuchara para sustancias viscosas facilita la adición de muestras viscosas. Se maneja tan fácilmente como cualquier otra espátula y permite añadir sustancias viscosas en el recipiente de titulación Karl Fischer con comodidad y rapidez, y sin pérdidas.	
	Además, recomendamos usar un homogeneizador para disolver muestras viscosas de forma rápida y completa.	
	Apropiada para las partes superiores del recipiente de titulación 6014050X0.	
6.2811.000	Tamiz molecular	
	Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.	

6.2811.010

Tamiz molecular (EE. UU.)

Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer.

Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.

