



Metrosep A PCC 2 HC/4.0

6.1006.340

Para la preconcentración de aniones y eliminación de la matriz. El aumento del lecho denso aumenta la capacidad de las dos columnas de preconcentración elaboradas completamente en PEEK. La alta capacidad se necesita sobre todo si los efectos de matriz pueden causar una sobrecarga de la columna de preconcentración o si se analizan muestras con una alta fuerza iónica.

Partes/accesorios 6.1006.340

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

