



705 UV Digester (220 V, 50 Hz)

2.705.0017

Appareil de digestion pour la photolyse UV d'échantillons d'eau avec contamination organique faible ou moyenne. Pour la préparation d'échantillons en voltampérométrie, chromatographie ionique et spectroscopie (AAS, ICP). Comprend un appareil de contrôle avec minuterie intégrée et un dispositif de chimie humide séparé avec lampe UV, dispositif de refroidissement et un support pour 12 tubes, de volume maximal d'échantillon à digérer de 12 mL chacun. Appareil pour 220 V et 50 Hz.

Contenu de la livraison 2.705.0017

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.705.0017	705 UV Digester (220 V, 50 Hz)
		Appareil de digestion pour la photolyse UV d'échantillons d'eau avec contamination organique faible ou moyenne. Pour la préparation d'échantillons en voltampérométrie, chromatographie ionique et spectroscopie (AAS, ICP). Comprend un appareil de contrôle avec minuterie intégrée et un dispositif de chimie humide séparé avec lampe UV, dispositif de refroidissement et un support pour 12 tubes, de volume maximal d'échantillon à digérer de 12 mL chacun. Appareil pour 220 V et 50 Hz.





1 STK

6.2804.030

Lampe à vapeur de mercure UV

Lampe à mercure haute pression pour 705 UV Digester. Gamme de longueur d'onde UV 200 ... 280 nm. Durée d'exploitation 500 h au moins.



12 STK

6.1446.100

Bouchon en PTFE pour récipient d'échantillon en quartz UV de 12 ml

Pour récipient d'échantillon en quartz 6.2414.000



1 STK

6.1446.110

Bouchon thermomètre pour récipients échantillons UV en quartz de 12 mL

Pour Thermomètre 6.2401.010



1 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



1 STK

6.2041.040

Porte-échantillons pour 12 récipients de
désagréation en quartz 12 mL

pour le 705 UV Digester



1 STK

6.2401.010

Thermomètre à mercure

Gamme de mesure: 0 ... 100 °C. Divisions: 1 °C



12 STK

6.2414.000

Récipient d'échantillon en quartz 12 mL

Pour 705 UV Digester




1 STK

6.2745.000

Plaque protectrice UV

Pour 705 UV Digester



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1446.150	Bouchon thermomètre pour récipients échantillons UV en quartz de 5 mL Pour Thermomètre 6.2401.010	
6.2041.050	Porte-échantillons pour 16 récipients de désagréation en quartz 5 mL pour le 705 UV Digester	
6.1446.140	Bouchon pour récipient d'échantillon en quartz UV de 5 ml Pour récipient d'échantillon en quartz 6.2414.010	
6.2414.010	Récipient d'échantillon en quartz 15 mL Pour 705 UV Digester	