



Électrode annulaire d'Ag avec revêtement d'Ag₂S

6.00402.300S

Électrode annulaire en argent numérique combinée pour OMNIS et munie d'un diaphragme rodé fixe. L'anneau en argent scellé solidement est revêtu de sulfure (Ag₂S) pour une sensibilité accrue et une meilleure limite de sensibilité.

Cette électrode convient aux titrages par précipitation en cas de pH variable (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination. Comme électrolyte de référence et pour la conservation, on utilise $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Les dTodes peuvent être utilisées sur les OMNIS Titrator.

Contenu de la livraison 6.00402.300S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.02104.300	Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 0,55 m	
	Câble pour le raccordement d'une dTrode (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.	
6.02104.310	Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 1,5 m	
	Câble pour le raccordement d'une dTrode (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.	