



Cellule de mesure de conductivité $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe, 0,65 m)

6.00929.140

Cellule de mesure de conductivité à 3 pôles avec constante de cellule $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (0,65 m) de connexion à l'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Ce capteur est adapté aux mesures de forte conductivité (de 0,1 à 1 000 mS/cm) comme dans :

- l'eau de mer
- l'eau de rinçage
- les solutions physiologiques

Contenu de la livraison 6.00929.140

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



20 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2301.060	Étalon ionique KCl 250 mL Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25°C).	
6.02101.020	Module de mesure de conductivité Canal de mesure pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement cellules de mesure de conductivité.	