



Metrosep Carb 2 - 150/2,0

6.01090.220

Le modèle microbore de la colonne CI Metrosep Carb 2 - 150/2,0 convient particulièrement à la détermination des hydrates de carbone en utilisant des éluants alcalins et la détection ampérométrique pulsée. Cette colonne d'échange d'anions est basée sur un copolymère styrène /divinylbenzène. Elle est stable dans la plage de pH = 0 à pH = 14 et sépare les monosaccharides et les disaccharides. Elle convient en outre à l'analyse des alcools de sucre, des sucres anhydres, des oligosaccharides, etc. La capacité de la colonne a été optimisée de sorte à combiner séparation rapide et très bonnes propriétés de séparation.

Elle convient particulièrement au couplage CI-SM du fait de sa faible consommation en éluant.

Contenu de la livraison 6.01090.220

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK


6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2,0	
	La précolonne microbore Metrosep Carb 2 Guard/2,0 élimine les contaminations de manière efficace et protège la colonne analytique de séparation. Cette précolonne est conçue pour avoir une influence négligeable sur la séparation chromatographique.	
6.01806.000	Capillaire PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m	
	Pour une utilisation dans un trajet d'écoulement sous haute pression, p. ex. comme capillaire de préchauffage pour les colonnes Metrosep Carb 2 en version 2 mm (6.01090.2x0).	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Colonne Trap pour l'élimination de contaminations de borate dans les éluants. La Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4,0 est principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des éluants d'hydroxyde.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Colonne piège pour l'élimination de traces de carbonate dans les éluants d'hydroxyde.	