



Électrode à membrane polymère séparée, Na

6.0508.100

Électrode sélective de sodium à membrane polymère.

Cette EIS doit être utilisée en association avec une électrode de référence et convient aux :

- Mesures ioniques de Na^+ (10^{-6} à 1 mol/L) dans des solutions aqueuses
- Mesures ioniques dans de très faibles volumes d'échantillons (profondeur d'immersion min. = 1 mm)
- Titrages dans des solutions aqueuses

Grâce à sa tige en PVC robuste/incassable, ce capteur présente une très grande résistance mécanique.

Contenu de la livraison 6.0508.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	
6.0750.100	Electrode de référence LL pour EIS Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction. Cette électrode de référence est idéale pour : • des applications automatisées • des mesures d'ions • Titration des tensioactifs Le diaphragme rodé insensible à la contamination fournit un débit d'électrolyte constant et reproductible. De plus, l'électrolyte de référence est gélifié pour une stabilité de signal encore améliorée. Le capteur est fourni avec du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte intermédiaire, cet électrolyte peut cependant être librement sélectionné et remplacé selon l'utilisation.	