



Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 12,5 cm)

6.0729.100

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction et blindage séparé, longueur d'installation 10 cm.

Cette électrode de référence est idéale pour :

- des échantillons non aqueux
- la potentiométrie différentielle

Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Le capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.

Contenu de la livraison 6.0729.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1243.030	Diaphragme pour électrodes de référence Diaphragme rodé de rechange pour électrodes de référence 6.0726.1XX et 6.0729.1XX	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	
6.2310.010	Électrolyte KNO_3 -1 mol/L 250 mL Solution d'électrolyte KNO_3 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)	
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL) Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$	

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



6.2129.010

Amplificateur différentiel, fiche F

Amplificateur différentiel avec fiche F pour Titrandos (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément : 6.2117.000 bloc d'alimentation EU 230 V/9 V CA)

Également disponible en kit complet : 6.5104.030 amplificateur différentiel/fiche F/230 V EU

