



Équipement d'électrodes CVS avec électrode en platine de 1 mm pour les appareils Professional VA/CSV

6.5339.000

Jeu complet d'électrodes pour la détermination des additifs organiques dans les bains galvaniques par CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Comprend une électrode de travail tournante en platine (diamètre de l'électrode : 1 mm), une électrode de référence, une électrode auxiliaire en platine, des béchers de mesure et des solutions d'électrolyte.

Contenu de la livraison 6.5339.000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.0343.100

Électrode à tige en platine séparée

Électrode auxiliaire en platine pour voltampérométrie et CVS.



1 STK

6.0728.130

Électrode de référence LL-Ag/AgCl pour CVS

Système de référence interne avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, pour une utilisation avec un tube à électrolyte en plastique 6.1245.010.



1 STK

6.1204.190

Pointe d'électrode en platine de 1 mm pour CVS

Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode $1 \text{ mm} \pm 0,02 \text{ mm}$, surface polie, tige en verre, raccord fileté M3. Erreur de concentricité : 0,2 mm. Gamme de température : 0 à 50 °C.



1 STK

6.1204.510

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE)

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) à axe en titane pour appareils Professional VA/CVS, filetage M3.



1 STK

6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



1 STK

6.1415.210

Vase de titrage / 10-90 mL



1 STK

6.1415.250

Vase de titrage / 50-150 mL



1 STK

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



Solution d'électrolyte KNO₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)

