




Équipement KF coulométrique avec électrode génératrice sans diaphragme

6.5406.010

Ensemble d'accessoires complet pour coulomètre KF.

Contenu de la livraison 6.5406.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.0341.100	Électrode à double fil de platine pour la coulométrie
		Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.



1 STK

6.0345.100

Électrode génératrice sans diaphragme

Électrode génératrice sans diaphragme pour les titrages coulométriques Karl Fischer, rodage normalisé 29/22. Cette électrode génératrice convient à la plupart des applications où l'échantillon se dissout bien dans l'alcool.



1 STK

6.1403.030

Tube d'adsorption KF pour cellule de coulomètre

Pour les coulomètres KF.



1 STK

6.1437.000

Bouchon à RN 14



1 STK

6.1446.060

Bouchon / B-14/15 / M10



2 STK 6.1448.020 Septum 16 mm, 5 pièces
Lot de 5 pièces.



1 STK 6.1464.320 Vase de titrage KF 80-250 mL / coulométrie



1 STK 6.1903.030 Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK 6.2047.020 Support pour vase de titrage
Support pour récipient de titrage pour cellules de titrage coulométrique
Pour 756, 831 KF Coulometer



1 STK

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



1 STK

6.2104.120

Câble d'électrode / 1 m / H

Avec fiche H. Pour la connexion d'électrode génératrice - Coulomètre KF.
Longueur: 1 m



1 STK

6.2701.040

Fermeture à vis GL 18 avec orifice

En PBT. Avec orifice pour septum 6.1448.020. Pour la cellule sans diaphragme 6.5405.000 et les récipients de titrage 6.1464.32X et 6.1465.320.



2 STK

6.2713.000

Joint PTFE RN14

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 14.



1 STK

6.2713.010

Joint PTFE RN29

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 29.



1 STK

6.2713.020

Joint PTFE RN19

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 19.



1 STK

6.2730.030

Bouchon

Complet avec embout et joint torique. Pour couvercles de récipient de titrage 6.1414.030. Pour les appareils KF, les postes de mesure VA, VA Computrace et dilution CI.

