



OMNIS Coulometer Module senza agitatore

2.1019.0010

Coulometer Module senza agitatore magnetico per il collegamento a un OMNIS Titrator o un OMNIS Coulometer per l'ampliamento con un'interfaccia di misura.

Parti incluse 2.1019.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1019.0010	OMNIS Coulometer Module senza agitatore
		OMNIS Coulometer Module senza agitatore magnetico



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.05406.000	Equipaggiamento KFC per OMNIS Coulometer con elettrodo generatore con diaframma	
	Kit di accessori completo per la titolazione Karl Fischer coulometrica.	
6.05406.010	Equipaggiamento KFC per OMNIS Coulometer con elettrodo generatore senza diaframma	
	Kit di accessori completo per la titolazione Karl Fischer coulometrica.	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module	
	OMNIS Solvent Module per l'aggiunta semplice di solvente e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reattivi. Nuova versione migliorata resistente al cloroformio, al clorobenzene, allo xilene e all'acido acetico glaciale (richiede OMNIS 4.4.1 o superiore). Controllo manuale o comando mediante OMNIS Software per la massima semplicità di utilizzo per l'utente. Comprensivo di accessori, bottiglia per solvente e bottiglia di scarico.	
6.1446.220	Tappi di sostituzione del reagente del Solvent Module	
	Tappi di sostituzione del reagente in una cella di titolazione coulometrica con un Solvent Module.	

6.02102.010 Cavo MDL CM/CF 0,5 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (0,5 m)



6.02102.020 Cavo MDL CM/CF 1 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (1 m)



6.02102.030 Cavo MDL CM/CF 2 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (2 m)



6.02102.040 Cavo MDL CM/CF 5 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (5 m)



6.02102.050

Cavo MDL CM/CF 10 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (10 m)

