



OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL

2.1030.1030

OMNIS Sample Robot Oven con un modulo forno da 8 mL, nonché numerosi accessori per accedere direttamente alla preparazione dei campioni termica completamente automatizzata con successiva determinazione del contenuto d'acqua con metodo Karl Fischer. Con due rack dei campioni, il sistema offre spazio per 100 vial per campioni da 8 mL. Questo sistema modulare viene fornito completamente montato e può pertanto essere messo in esercizio in tempi brevissimi. Su richiesta, il sistema può essere ampliato con un ulteriore modulo forno, raddoppiando così la portata.

Parti incluse 2.1030.1030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1030.1030	OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL
		OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL



2 PCS

6.02041.070

Rack dei campioni OMNIS 50 x 8 mL

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Oven, adatto a 50 vial per campioni (6.2420.007)



1 PCS

6.1448.067

Tappo a vite con setto, 100 pz.

Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi



1 PCS

6.2420.007

Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi

Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



1 PCS

6.1808.040

Adattatore da filettatura M6 esterna / M8 interna

Filettatura M6 esterna, M8 interna.



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.2724.010

Filtro antipolvere

Filtro antipolvere per Rancimat e per Karl Fischer Oven



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.070

Ago d'iniezione

Utilizzato con forni Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.080

Uscita dell'ago

Da usare con KF Thermoprep.



1 PCS

6.2049.060

Set distanziatori 11-55 mm

Set distanziatori per l'OMNIS Sample Robot Oven per adattare la profondità d'immersione dell'ago nel vial per campioni.



1 PCS

6.1446.230

Tappi per tubi riscaldabili

Tappi per tubi riscaldabili per una cella di titolazione (coulometria)



1 PCS

6.01807.010

Cartuccia assorbente per OMNIS Oven Module

Cartuccia assorbente compatibile con OMNIS Oven Module



1 PCS

6.1448.080

Setto, 7,5 mm, 5 pezzi

Setti di ricambio per tubo di condizionamento su un OMNIS Oven Module



1 PCS

6.1805.470

Tubi in FEP / M6 / 44 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.2821.090

Filtro di aspirazione

Grandezza dei pori: 27 µm. Set da 5 pezzi. Per tubo di aspirazione (6.1834.000) e tubi di filtrazione (6.1821.040) e (6.1821.050).



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.1830.050

Tubo di uscita riscaldabile OMNIS

Tubo di uscita riscaldabile con filetto M6 per OMNIS Sample Robot Oven



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.02700.010	Protezione dagli schizzi per OMNIS Sample Robot Oven	
2.1018.0010	OMNIS Coulometer senza agitatore	
2.1019.0010	OMNIS Coulometer Module senza agitatore	
2.1017.1000	OMNIS Oven Module 6 mL	

Modulo per l'installazione nel piatto del modulo di OMNIS Sample Robot Oven. Questa postazione di lavoro preleva il vial per campioni da 8 mL e lo trasporta dalla posizione di trasferimento alla camera di combustione e viceversa dopo l'analisi.

