



757 VA Computrace

2.757.0110

VA Computrace with USB connection and complete accessory. Integrated PC-controlled voltammetric system for analysis and teaching. Complete accessory with all electrodes for a complete measurement system: Multi Mode Electrode (MME), Ag/AgCl reference electrode, and platinum (Pt) auxiliary electrode. Option: Rotating Disk Elektrode (RDE). Includes application binder, USB interface 6.5326.000, and PC program 6.6032.100 for Windows 2000 or XP Professional.

Parti incluse 2.757.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1817.000	Tubo di riempimento per MME Per riempire il Multi-Mode-Electrode.




1 PCS

6.2615.030

Stand per elettrodo per MME

Stand per elettrodo per riempire e conservare il Multi-Mode Electrode.



1 PCS

6.1204.090

Punta dell'agitatore

Punta dell'agitatore per VA-Stand



1 PCS

6.1226.030

Capillare a goccia di mercurio (non silanizzato) per MME

Capillare a goccia di mercurio non silanizzato (10 pezzi) con due guarnizioni in silicone.




1 PCS

6.1244.020

Cinghia di trasmissione

Per elettrodo a disco rotante e agitatore nei VA Stand (3 pezzi).



1 PCS

6.1245.010

Contenitore per elettrolita in plastica

Contenitore per elettrolita in plastica con diaframma ceramico per elettrodo di riferimento doppia giunzione.



1 PCS

6.1247.020

Aghi per MME

Aghi per il Multi Mode Electrode (3 pezzi).



1 PCS

6.1415.210

Cella di titolazione / 10-90 mL



7 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1801.080

Tubo per connettore d'azoto

Per l'alimentazione di gas di apparecchi voltammetrici



4 PCS

6.1808.000

Giunto di connessione M6



1 PCS

6.1824.000

Punta a microdosaggio quadrupla

Con filettatura 4 x M6. Per Für stazioni di misura VA.



1 PCS

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



1 PCS

6.2406.000

Attrezzo per il recupero del mercurio

Filo in argento (per la raccolta del mercurio per amalgamazione)



1 PCS

6.2703.000

Anello di supporto per recipienti di titolazione



1 PCS

6.2709.080

Stopper per apertura di pipettaggio

Per 694, 747 VA Stands e VA Computrace



1 PCS

6.2711.030

Vasca di raccolta per il riempimento dell'MME

Per 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace
nonché 647, 663, 694, 747 VA Stands





Completo di ugello e o-ring. Per i coperchi della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare con strumenti KF, VA-Stand, VA Computrace e IC Dilution.



Per fissare le connessioni



Per diverse applicazioni in IC e VA



Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.772.0110	772 Pump Unit Pompa peristaltica da collegare direttamente ai Sample Processor.	
2.823.0010	823 Membrane Pump Unit Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors.	
6.0728.000	Elettrodo di riferimento Ag/AgCl senza elettrolita Sistema di riferimento interno senza elettrolita con vite di arresto, per l'utilizzo con contenitore per elettrolita in vetro 6.1245.000.	
6.1204.130	Punta dell'elettrodo di argento Punta dell'elettrodo in metallo, argento (Ag). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.	

6.1204.140

Punta dell'elettrodo d'oro

Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.



6.1204.150

Punta dell'elettrodo d'oro laterale

Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au), con punta dell'elettrodo laterale. Diametro del disco dell'elettrodo 3 mm. Filettatura M3.



6.1204.170

Punta dell'elettrodo in platino 3 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 3 mm, superficie lucidata, adattatore con filettatura M3. Campo di temperatura: da 0 a 40 °C.



6.1204.180

Punta dell'elettrodo Ultra-Trace

Punta dell'elettrodo in grafite Ultra Trace. Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm.



6.1204.210

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE)

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con asse in titanio per stand VA, filettatura M3.



6.1204.220

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con contatto in mercurio

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con asse in titanio e contatto in mercurio per stand VA, filettatura M3.



6.1241.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per elettrodi ausiliari per VA con vite di arresto. Per l'utilizzo con punta Glassy Carbon (6.1247.000) o in platino (6.1247.010).



6.1245.000

Contenitore per elettrolita in vetro

Contenitore per elettrolita in vetro con diaframma a smeriglio (giunto conico) per elettrodo di riferimento doppia giunzione.



6.1247.000

Punta Glassy-Carbon (GC)

Per supporto per elettrodo 6.1241.020 o 6.1241.120 per elettrodo ausiliario VA.



6.1415.150

Cella di titolazione / 5-70 mL



6.1415.220

Cella di titolazione / 20-90 mL



6.1415.250

Cella di titolazione / 50-150 mL



6.1415.310

Cella di titolazione / 70-200 mL



6.1418.150

Cella di titolazione con camicia termostata / 5-70 mL



6.1418.220

Cella di titolazione con camicia termostata / 20-90 mL



6.1418.250

Cella di titolazione con camicia termostata / 50-150 mL



6.1450.210

Cella di titolazione PFA / da 10 a 90 mL

Per l'analisi di ultratracce e per soluzioni contenenti fluoruro.



6.1456.210

Cella di misura / 10-90 mL

Cella di misura per sistemi VA automatici. Cella di diluizione per Advanced IC Sample Processor



6.2709.040

Tappo per apertura del MME sul VA Stand

Per chiudere i tubi del gas del Multi-Mode Electrode nei VA Stand se non utilizzati. Incluso O-rings E.301.0004.



6.2709.050

Tappo per apertura dell'agitatore sul VA Stand

O-rings E.301.0004 incluso. Da usare con l'apertura dell'agitatore del VA Stands.

