



Elettrodo ad anello d'Ag

6.00402.300

Elettrodo ad anello d'argento combinato digitale per OMNIS con un diaframma fisso a smeriglio. Questo elettrodo è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH variabile (titolante nitrato di argento) ad es. di:

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità. Come elettrolita di riferimento e per la conservazione viene utilizzato $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.

Parti incluse 6.00402.300

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.02104.300	Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di una dTrobe (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.	
6.02104.310	Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di una dTrobe (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.	