



dAg-Titrode

6.00404.300

Elettrodo digitale combinato ad anello d'argento per OMNIS con una membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento.

Questo elettrodo, privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH costante (titolante nitrato di argento) ad es. di

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.

Parti incluse 6.00404.300

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.02104.300	Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di una dTrobe (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.	
6.02104.310	Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di una dTrobe (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.	