



Equipaggiamento IC: MiPuT

6.5330.170

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per il pick-up di campioni (tecnica di iniezione intelligente pick-up di Metrohm).

Parti incluse 6.5330.170

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata per la rimozione di contaminazioni ioniche, vale a dire cationiche e anioniche, da soluzioni acquose. La loro applicazione è consigliabile soprattutto nell'ambito di «MISP», la «Metrohm Inline Sample Preparation», per la pulizia dell'acqua di trasferimento. Grazie all'impiego della colonna Metrosep I Trap 1 - 100 /4,0 possono essere ridotti fortemente gli influssi dell'acqua di trasferimento sul vuoto di sistema.



1 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS 6.1805.120 Tubo in FEP / M6 / 100 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1808.090 Adattatore con filettatura M8/M6
Filettatura esterna M8, filettatura interna M6, e.g. per montare il tubo dell'aria 6.2418.XXX nel recipiente di reazione 6.1429.030 del 679 Rancimat.



1 PCS 6.1819.110 Tubo di aspirazione in FEP per tanica
Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



1 PCS 6.1825.290 Loop di campionamento in PEEK 250 µL
Loop di campionamento per «Metrohm intelligent Partial Loop Technique (MiPT) e per PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 viti a pressione in PEEK.



1 PCS

6.1831.100

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1841.000

Capillari di trasferimento in PEEK 2 mL, 5 m




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2624.100

Pick-up-Nadel MF

Beschichtete Stahlnadel für den metallfreien Pick-up-Modus sowie für Eppendorf-Probengefäße.



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2833.010

Supporto da 1/16 in per ago/ tubo

Per IC Sample Processors. Per tubi da 1/16 in.



1 PCS

6.2841.120

Stazione di trasferimento liquidi, a sinistra

Stazione combinata di lavaggio e diluizione per campionatori con Swing
Head. Per il montaggio a sinistra della torre.



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit da 2 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.9920.231

Supporto inferiore per rack dei campioni 159 x 2 mL
+ 3 x 300 mL

Piastra per il deflettore del coperchio del contenitore sul Professional IC Sample Processor. Per vial da 2 mL.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit

