



Rack dei campioni, 109 x 11 mL e 12 x 125 mL, (PVC)

6.9920.287

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 109 provette e 12 flaconi standard. Possono essere utilizzati i seguenti flaconi standard e le seguenti provette: 6.2743.050, 6.1627.000, 6.2743.040.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2743.050	Recipiente per campioni 11 mL 2000 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler. I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.1627.000

Bottiglia PE 125 mL per IC

Questa bottiglia viene impiegata nella diluizione completamente automatica.



6.2743.070

Tappi perforati

2000 pezzi. Per IC Sample Processors



6.2743.077

Tappo con foro

200 pezzi. Per IC Sample Processors



6.2743.047

Vial PP, 2,5 mL, 200 pezzi

2,5 mL. 200 pezzi. Per IC Sample Processors.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.040

Vial PP, 2,5 mL, 2000 pezzi

2,5 mL. 2.000 pezzi. Per IC Sample Processors.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.1627.100

Tappo a vite con setto, analisi delle tracce

La chiusura a vite Septum è ideale per l'analisi delle tracce a causa della contaminazione trascurabile attraverso il setto. È perfetta per mantenere gli standard per un periodo prolungato. Chiusura a vite Septum per bottiglia in PE, 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE, 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000

Adattatore per bottiglie da 6.1627.000 a 6.2041.440

L'adattatore per bottiglie consente di collocare la bottiglia in PE da 125 mL sul rack dei campioni 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).

