




Combustion Oven (TEI)

2.0136.0600

納品範囲 2.0136.0600

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.0136.0600	Combustion Oven (TEI)



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.07311.010	Boat Introduction Module、石英 石英燃焼チューブと共に使用する Combustion IC のための Boat Introduction Module。このモジュールにより、サンプルはサンプル用つぼを用いて燃焼のためオープンに移されます。 サンプル用つぼを取り扱うためのピンセットとペトリ皿も含まれています。
6.07311.020	Boat Introduction Module、セラミック セラミック燃焼チューブと共に使用する Combustion IC のための Boat Introduction Module。このモジュールにより、サンプルはサンプル用つぼを用いて燃焼のためオープンに移されます。 サンプル用つぼを取り扱うためのピンセットとペトリ皿も含まれています。
6.07311.030	Liquid Introduction Module、マニュアル (TEI) 
6.07311.040	Liquid Introduction Module、自動(TEI) Liquid Introduction Module により、Liquid Autosampler CIC によるサンプルの直接注入を用いた液体サンプルの燃焼が可能となります。このモジュールは、沸点が 420 °C 未満のサンプルに使用することができます。 さらに、このモジュールにより気体サンプルまたは LPG サンプルを GLS Sampler CIC からオープンに導くこともできます。

6.07311.100 石英燃焼チューブ (TEI)

Combustion Oven のための石英燃焼チューブ (TEI)。



6.07311.110 セラミック燃焼チューブ (TEI)

Combustion Oven のためのセラミック燃焼チューブ (TEI)。



6.07311.200 サンプル用るつぼ、石英、pk=3

Metrohm Combustion IC (TEI) におけるサンプル注入のための石英製
サンプル用るつぼ、3 個。



6.07311.210 サンプル用るつぼ、石英、pk=30

Metrohm Combustion IC (TEI) におけるサンプル注入のための石英製
サンプル用るつぼ、30 個。



6.07311.220 サンプル用るつぼ、セラミック、pk=3

Metrohm Combustion IC (TEI) におけるサンプル注入のためのセラミック製サンプル用るつぼ、3 個。



6.07311.230 サンプル用るつぼ、セラミック、pk=30

Metrohm Combustion IC (TEI) におけるサンプル注入のためのセラミック製サンプル用るつぼ、30 個。



6.07311.240 サンプル用るつぼのためのボートフィード、石英

Boat Introduction Module 6.07311.010 のサンプル用るつぼのためのボートフィード、石英。



6.07311.250 サンプル用るつぼのためのボートフィード、セラミック

Boat Introduction Module 6.07311.020 のサンプル用るつぼのためのボートフィード、セラミック。



6.07311.260 Boat Introduction Module のためのガイドチューブ

Boat Introduction Module 石英 (6.07311.010) またはセラミック (6.07311.020) と共に使用するためのガイドチューブ。



6.07311.270 Oリングセット (TEI)、シリコン

Boat Introduction Module のための燃焼チューブとガイドチューブのための Oリングセット (TEI)。



6.07311.280 Oリングセット 燃焼チューブ (TEI)、シリコン

燃焼チューブのための Oリングセット (TEI)。



6.07311.290 Introduction Module (TEI) のためのセプタム

Introduction Modules (TEI) 6.07311.010、6.07311.020、6.07311.030 および 6.07311.040 の注入ポートのためのセプタム。




6.07311.300 Liquid Introduction Module のためのセプタム蓋

Liquid Introduction Module のセプタム 6.07311.290 を固定するための蓋。




6.07311.310 酸素および超純水接続チューブ (TEI)

燃焼チューブ入口で酸素と超純水を供給するためのチューブ (TEI)。



6.07311.350 Combustion Oven (TEI) のための交換フィルター



6.07313.100 注射器 100 μ L 手動注入 (TEI)

三つの Introduction Modules (6.07311.010、6.07311.020 または 6.07311.030) のうち一つを用いての液体サンプルの手動注入のための吐出シリンジ。



