



874 Oven Sample Processor専用バイアル

2.874.0130

874 Oven Sample Processorはカール フィッシャー滴定のサンプルの加熱自動サンプル前処理に使用されます。気化法は特に、高温下においてはじめて水分が気化するサンプルや、難溶性のサンプル、カールフィッシャー試薬に反応するサンプルに適しています。

この装置は、カスタマイズされたサンプル容器に適合させることが可能です。詳細情報をご希望の場合はメトローム代理店にご連絡ください。

納品範囲 2.874.0130

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.874.0010	874 Oven Sample Processor

874 オープンサンプルプロセッサはカールフィッシャー水分測定 of サンプルの加熱自動前処理に使用されます。水分気化法は特に、高温下においてはじめて水分が気化するサンプルや、難溶性のサンプル、カールフィッシャー試薬に反応するサンプルに適しています。



1 PCS

6.1446.170

Heating tube stopper



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



2 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS

6.1805.050

FEP tubing / M6 / 18 cm



1 PCS

6.1805.470

FEP tubing / M6 / 44 cm



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2063.020

Sample holder



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2627.010

Oven insert



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2751.140

Safety shield



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.851.0010	851 Titrando (2液型電極付き) クーロメーター(2液型電極、801 Stirrer付き)。 トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。 851 Titrandoにより、電量滴定を容易かつ迅速に行うことができます。 推奨測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)
2.851.0110	851 Titrando (1液型電極付き) クーロメーター(1液型電極付き)。 トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。 851 Titrandoにより、電量滴定を容易かつ迅速に行うことができます。 推奨測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg。 OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。



クーロメーター(2液型電極、801 Stirrer、完全な容量滴定セル付き)。

トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定が必要ありません。

クーロメトリーで推奨される測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg

852 Titrandoでは電量滴定の他に容量滴定によるカール フィッシャー滴定も可能です。

OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。



クーロメーター(1液型電極付き、完全な容量滴定セルなし)

トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定が必要ありません。

クーロメトリーで推奨される測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg。

852 Titrandoでは電量滴定の他に容量滴定によるカール フィッシャー滴定も可能です。

OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。



800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き (長さ150 cm)。





6.2041.730 サンプルラック 25 x 2-30 mL、(アルミニウム製)

25 個のサンプル容器に適した 874 Oven Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: サンプル容器 (直径16~32.4 mm)。


材質: アルミニウム (Al)



6.2041.720 サンプルラック 36 x 6 mL、(アルミニウム製)

36個のサンプル容器に適した 874 Oven Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。




6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.5618.000 Measuring equipment for checking the temperature



6.2049.040 Needle holder with Luer lock



6.2049.050 Needle holder with Luer lock



6.2811.000 Molecular sieve



モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

