



902 Titrando

2.902.0010

終点滴定 (SET) のための電位差ハイエンド滴定装置、測定インターフェースを備えた酵素滴定および pH STAT 滴定 (STAT)。

- タイプ 800 Dosino のドージングデバイスシステムが 4 つまで
- モニタリング、LQH、およびタンデム吐出を備えたドージング機能
- 追加スターラーまたはドージングデバイスシステムのための 4 つの MSB コネクタ
- 追加の測定インターフェースにより拡張可能
- USB コネクタ
- OMNIS Software、*tiamo* ソフトウェアもしくは Touch Control を適用
- GMP/GLP 基準および FDA 基準 21 CFR Part 11 の要件を満たしています (必要な場合)

納品範囲 2.902.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.902.0010

902 Titrand

以下のものを装備したインテリジェント電極 iトロードの使用における
ハイエンド自動滴定装置

- 800 ドジーノ電動ビュレットを最大4つまで
- 終点設定滴定 (SET)
- 酵素滴定およびpH STAT滴定 (STAT)
- 監視およびリキッドハンドリングを含むドージング機能
- MSBコネクタ4つ
- 絶縁処理の施された測定インターフェース
- USBコネクタ



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2148.020	RS-232/USB box



2.800.0010 800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



2.801.0040 801 Stirrer with stand



2.802.0040 804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



2.804.0040 804 Ti Stand with stand



2.805.0010 805 Dosimat



2.846.0010 846 Dosing Interface

ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.600 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



6.2148.010 Remote Box MSB



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。




2.854.0010 854 iConnect

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



2.900.0010 900 Touch Control

タイタランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



6.2168.000 ミニUSBアダプタケーブル、25 cm

854 iConnect を 867 pH Module、901~907 Titrand o および 916 Ti-Touchに接続するためのミニUSBアダプタケーブル、25 cm。アダプタケーブルはストレインリリーフとして装置に挿入された状態が保たれ、854 iConnect はアダプタケーブルにのみ着脱されます。



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130

Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

