



## dAg リング電極

6.00402.300

固定グラウンドジョイントダイアフラム付き OMNIS 用デジタル複合銀リング電極。

この電極は、例えば以下のような様々な pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液として、および保管のため  $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol / L}$  を使用します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

納品範囲 6.00402.300

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



---

100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                                                                                    |                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.02104.300 | 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m<br><br>dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル |  |
| 6.02104.310 | 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、1.5 m<br><br>dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル  |  |