



dAg Titrode

6.00404.300

参照電極としての、pHガラスメンブランを有する OMNIS 用デジタル複合銀リング電極。
このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定した pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での
沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。
dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

納品範囲 6.00404.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.02104.300	電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル	
6.02104.310	電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、1.5 m dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル	