



OMNIS Coulometer（2液型電極付き）用 KFC 機器

6.05406.000

カールフィッシャー電量滴定用付属品セット一式。

納品範囲 6.05406.000

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.00348.100	発生電極 (2 液型電極付き)

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極 (2 液型電極付き)、すり合わせ 29/22。この電極は、OMNIS Sample Robot Oven との使用時にケーブル配線と操作を簡単にする、上向きに角度の付いたケーブルコネクタを有しています。

この発生電極は特に以下の用途に適しています：

- 絶対水分 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いるアプリケーション
- 低導電性試薬が用いられる用途 (10% を超えるクロロホルム、キシレンの追加 >10%)





アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モ
ジュールに接続するケーブル



カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS 6.2104.620 電極ケーブル / 0.65 m / H



1 PCS 6.2701.040 GL 18 screw cap with hole



2 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2713.010 PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

