




OMNIS Oven Module の発生電極 (1 液型電極付き) 付き KFC 機器

6.05406.070

OMNIS Oven Module の発生電極 (1 液型電極付き) 付きカールフィッシャー電量滴定用付属品
セト一式

納品範囲 6.05406.070

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.00349.100	発生電極 (1 液型電極付き)

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極 (1 液型電極付き)、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどのに適しています。
この電極は、上向きに角度の付いたケーブルコネクタを有しています。



1 PCS 6.02104.050 電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、1.5 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



1 PCS 6.0341.100 クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー 電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS 6.1403.030 KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS 6.1448.020 Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2104.630

電極ケーブル / 1.5 m / H



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



1 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

