



OMNISタイトレーター用KFT装置

6.05609.000

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

納品範囲 6.05609.000

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1903.020	Stirring bar / 16 mm






2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。



OMNISタイトレーターを含むカールフィッシャー容量滴定法のための滴定容器上部。



OMNISカールフィッシャー容量滴定装置のための蓋付き乾燥管



1 PCS

6.01406.220 滴定容器20～90 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリューキャップつき滴定容器20～90 mL



1 PCS

6.01406.250 滴定容器50～150 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリューキャップつき滴定容器50～150 mL



1 PCS

6.01408.010 カールフィッシャー滴定セル用パッキンキット

6.05609.000および6.05609.010に適したパッキンキット一式。



1 PCS

6.01543.120 拡散防止用シリンジ

拡散防止バルブ付き滴定チップ、OMNIS KF滴定装置に適合。



1 PCS

6.02104.040

電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、
0.55 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モ
ジュールに接続するケーブル



3 PCS

6.02709.010

ストッパー



1 PCS

6.02709.020

セプタムストッパー



2 PCS

6.02709.030

ねじニップル



1 PCS

6.02801.000

乾燥管用コットン



2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



2 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection





オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.02709.040	流出防止ストッパー 滴定容器用蓋6014050X0用の流出防止ストッパー。 
6.02711.000	ペーストスプーン ハチミツ、化粧品、油脂、または様々な乳製品などのペースト状物質のカルフィッシャー水分測定での使用に適しています。 ペーストスプーンを使用すると、高粘度サンプルの添加が容易になります。他の薬さじと同様に取り扱いが簡単になり、ペーストをカルフィッシャー滴定容器に、容易かつ迅速に、サンプルを損失することなく添加できます。 高粘度サンプルを素早く完全に溶解させるために、ホモジナイザーの使用も推奨します。 滴定容器用蓋 6014050X0 に対応。 
6.2811.000	Molecular sieve 

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。