



アップグレード Pick&Place モジュール WSM

6.05800.540

納品範囲 6.05800.540

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.02700.000	Pick&Place モジュールの安全カバー
		Pick&Place モジュールの安全カバー



1 PCS

6.02705.000

チューブ配管およびケーブル配線

Pick&Place モジュールと滴定装置間のチューブおよびケーブル管理
のため



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.1006.0010	OMNIS Rod Stirrer Sample Robot 固定取り付けケーブル (2.5 m) で OMNIS Sample Robot に直接接続するロッドスターラ。 
6.01403.000	滴定ヘッド 6 x NS14 / 3 x NS9 (P&P) OMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールで使用するための 6 x NS14 および 3 x NS9 の開口部を有する滴定ヘッド 
6.01403.010	滴定ヘッド 4 x M10 (P&P) OMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールで使用するための 4 x M10 の開口部を有する滴定ヘッド 
6.01403.020	KFTのための滴定ヘッド4xM10 (P&P) 4 M10のスクリーニップルとストッパーのついたOMNIS Sample Robot ピック&プレイスのピック&プレイスモジュールにおけるカールフィッシャー滴定のための4xM10の開口部を有する滴定ヘッド。 


6.01403.030 滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

2つのドージングチップの取り付けられたOMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールにおいて 120 mL のビーカーを使用するための 3 NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄用および吸引用チューブの装備の準備。



6.01403.040 滴定ヘッド 2 x NS14 (P&P)

3 つのドージングチップの取り付けられたOMNIS サンプルロボットピック&プレイスのピック&プレイスモジュールにおいて使用するための 2 つの NS14 の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄ノズルの装備の準備。吸引チューブは滴定ヘッドにすでに取り付けられています。



6.01403.050 強化チップ付きのKFT滴定ヘッド (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&PlaceのPick&Place モジュールでのカール フィッシャー滴定用の滴定ヘッド。2本の強化された反拡散チップに加え、滴定ヘッドにはホモジナイザー (Polytron 1300D) またはロッドスターラーを使用するための開口部が設けられています。



6.01403.060 使い捨てビーカー 200 mL のための滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4 mm (P&P)

2つのドージングチップの取り付けられたOMNISサンプルロボット Pick&Place の ピック&プレイスモジュールにおける 200 mL のポリプロピレン製使い捨てビーカー (6.1459.310)、または 150 mL のガラス製ビーカー (縦型、注ぎ口無し) を使用するための 3 x NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄および吸引用チューブの装備の準備用。



6.01404.020 サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 200 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター




6.01404.030 OMNISサンプルビーカー 120 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 120 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



6.01404.040 OMNISサンプルビーカー 75 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 75 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



6.01404.050 サンプルビーカー 150 mL 用ビーカーアダプター

