



サンプルラック、228 x 11 mL および 1 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.860

228 個のサンプル容器および1個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2743.050 サンプル容器 11 mL

2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.057 サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.1608.080 Bottle / 300 mL



6.1627.000 PE bottle, 125 mL for IC



6.1627.100 セプタム付きスクリーキャップ、トレース分析

セプタムスクリーキャップは、セプタムによって汚染がごくわずかになるため、トレース分析に最適です。長期間にわたって標準サンプルを維持するのにぴったりです。PE ボトル、125 mL (6.1627.000) および PE ボトル、50 mL (6.1608.100) 用のセプタムスクリーキャップ。



6.2072.000 Bottle adapter for 6.1627.000 to 6.2041.440



6.2743.070 Stopper with perforation



6.2743.077 Stopper with perforation



6.2743.040 PP バイアル、2.5 mL、2000 個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.047 PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

