



Pick&Place 取放模块

2.1014.0010

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。该工作台可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在 Pick&Place 模块存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须在该工作台上使用独立的棒式搅拌器。

Scope of delivery 2.1014.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1014.0010	Pick&Place 取放模块

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。该工作台可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在 Pick&Place 模块存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须在该工作台上使用独立的棒式搅拌器。



1 PCS

6.01803.000 硅管 8/12 2.5 m

硅管用于连接 Pick&Place 取放模块及泵模块的排放口，并可将溢出的溶液安全地导入废液罐中。



1 PCS

6.02704.000 用于工作台的软管卡箍（10 个）

用于固定连至工作台的 PVC 或 PTFE 软管。



1 PCS

6.02705.000 软管和电缆槽

用于整理敷设 Pick&Place 取放模块和滴定仪之间的软管和电缆



1 PCS

6.02700.000 Pick&Place 取放模块安全盖板

Pick&Place 取放模块安全盖板




1 PCS

6.01804.500 排出管的软管适配器

Pick&Place 取放模块上排出管的软管适配器和 OMNIS Sample Robot
Pick&Place 中的泵模块。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.01403.000	滴定头 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) 具有 6 NS14 和 3 NS 9 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中	
6.01403.010	滴定头 4xM10 (P&P) 具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中	
6.01403.020	滴定头 4xM10，用于卡尔·费休滴定法（P&P） 具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于具有 4 M10 螺旋接头和塞子的 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的卡尔·费休滴定法。	
6.01403.040	滴定头 2xNS14 (P&P) 带有 2 个 NS14 开口的滴定头，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 取放模块，以及三个剂量提示装置。准备装配冲洗喷嘴。抽吸软管已经被放入滴定头中。	

6.01404.030 烧杯适配器，用于 OMNIS 120 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 120 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01404.040 烧杯适配器，用于 OMNIS 75 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 75 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

棒式搅拌器，可直接连接至 OMNIS Sample Robot，带有固定安装的电缆（2.5米）。



6.01403.030 滴定头 3 个 NS14/ 4 个 6.4mm (P&P)

具有 3 个 NS14 和 4 个 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 120 mL 样品杯。已准备好装备冲洗和抽吸管。



6.01403.060 滴定头 3 个 NS14/4 个 6.4mm，用于 200 mL 一次性样品杯（P&P）

具有 3 NS14 和 4x 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 200 mL PP 一次性样品杯 (6.1459.310) 或 150 mL 玻璃烧杯（高形状，无喷口）。已准备好装备冲洗和抽吸管。



6.01404.020 样品杯200 mL 的烧杯适配器

烧杯适配器，可将 200 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。



6.01403.050 KFT 滴定法用滴定头，带加强型滴定管头 (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中用于卡尔·费休滴定法的滴定头。该滴定头除了 2 个加强版防扩散滴管头外，还提供了 1 个供使用一个均质匀浆仪（Polytron 1300D）或棒式搅拌器的开孔。



6.01404.050 烧杯适配器，用于 150 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 150 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。

