



无搅拌器的 OMNIS Coulometer

2.1018.0010

无磁力搅拌器的 OMNIS Coulometer，适于独立运行或作为 OMNIS 滴定系统的核心元件运行。可以为电量计扩展其它滴定仪、加液器或电量计模块。

电量分析法是用于液态、固态和气态中水份测定的理想方法（10 µg 至 10 mg 绝对水份含量）。此外，电量分析卡尔·费休滴定法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。

Scope of delivery 2.1018.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1018.0010	无搅拌器的 OMNIS Coulometer
		无磁力搅拌器的 OMNIS Coulometer



包含 OMNIS Coulometer 功能许可证

- 灵活量化液体处理 (LQH)
 - 电量式卡尔·费休滴定法 (KFC)
 - 依据 ASTM D1492 以电量方式测定溴指数 (BRC)
 - MEAS U/T/pH/CONC
-



Optional accessories

Order no.	Description	
6.05406.000	OMNIS Coulometer 的 KFC 装置，配备有隔膜的发生电极 完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。	
6.05406.010	OMNIS Coulometer 的 KFC 装置，配备无隔膜的发生电极 完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module，用于安全添加溶剂，以及在不和试剂发生接触的情况下抽吸滴定杯内盛物。新改进版本持续耐抗氯仿、氯苯、二甲苯和冰醋酸（需要 OMNIS 4.4.1 或更高版本）。通过 OMNIS Software 手动操作或控制，确保了最大的用户友好性。包括附件、溶剂瓶和废液瓶。	
6.1446.220	塞子更换试剂溶剂模块 电量分析滴定杯中用于更换试剂的塞子，配有溶剂模块。	

6.02102.010 MDL 插头/插口电缆 0.5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（0.5 m）



6.02102.020 MDL 插头/插口电缆 1 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（1 m）



6.02102.030 MDL 插头/插口电缆 2 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（2 m）



6.02102.040 MDL 插头/插口电缆 5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（5 m）



6.02102.050 MDL 插头/插口电缆 10 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（10 m）



6.06001.100 功能许可证DET

针对一套 OMNIS 系统“动态等当点滴定”的功能许可证。



6.06001.110 功能许可证MET

针对一套 OMNIS 滴定系统“等量等当点滴定”的功能许可证。



6.06001.160 带平衡 KFT 的功能许可证

OMNIS 滴定系统用带平衡容量式卡尔·费休滴定法的功能许可证。



在一台 OMNIS 滴定仪上使用附加滴定模块以及 Dosing 模块进行多达五
项并列滴定的功能许可证。

