



Eco Coulometer, 配备有无隔膜的发生电极

2.1028.0110

带集成式磁力搅拌器和触摸感应显示屏的 Eco Coulometer 是对范围在 10 μg 到 200 mg 的绝对水中进行水份测定的适宜之选。预定义的方法能够方便顺利和简单地投入运行仪器。除了符合 GLP（良好的实验室操作规程）外，还可以打印输出在纸张上或提供 PDF 文件版本，因此 Eco KF Titrator 还便于连接天平或通过 PC/LIMS 报告将测定数据发送给一台计算机。其标准配置的供货范围中还包括有指示电极和不带隔膜的发生电极。


电量分析法是用于液态、固态和气态中水份测定的适宜方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。

Scope of delivery 2.1028.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

带集成式磁力搅拌器和触摸感应显示屏的 Eco Coulometer 是对范围在 10 µg 到 200 mg 的绝对水中进行水份测定的理想之选。预定义的方法能够方便顺利和简单地投入运行仪器。除了符合 GLP（良好的实验室操作规程）外，还可以打印输出在纸张上或提供 PDF 文件版本，因此 Eco KF Titrator 还便于连接天平或通过 PC/LIMS 报告将测定数据发送给一台计算机。其标准配置的供货范围中还包括有指示电极和带隔膜的发生电极。

电量分析法是用于液态、固态和气态中水份测定的理想方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。



将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。



保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator 的显示屏。



指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



1 PCS

6.0345.100

无隔膜的发生电极

不带隔膜的发生电极，用于库仑法卡尔费休滴定，标准磨口 29/22。该发生电极适用于样品易溶于酒精的大多数应用。



1 PCS

6.1403.030

至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1437.000

SGJ 塞子, SGJ 14



2 PCS

6.1448.020

垫片, 16毫米, 5片

每套5件。



1 PCS 6.1464.320 卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法
Für 756 und 831 KF-Coulometer



1 PCS 6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS 6.2047.040 899/917 滴定杯架

用于 899 Coulometer 和 917 Ti-Touch 的电量滴定杯的滴定杯架



1 PCS 6.2104.120 1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18, 带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



3 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2738.000

漏斗

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



2 PCS

6.2816.030

带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



2 PCS

6.2816.090

注射器 5 mL

用 PP 制成的 5 mL 注射器，带 Luer 式接头。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

2.860.0010 860 KF Thermoprep卡氏炉

860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放缓慢或需要加热到很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。



6.1464.323 KF 滴定杯 / 80 - 250 mL / 电量 / 棕色玻璃



6.1465.320 带两个侧孔的卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法
用于756与831型库仑水份测定仪



紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中

2.1029.0010

Solvent Pump

Solvent Pump 搭配 Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer 用于在不和试剂发生接触的情况下安全添加和抽吸滴定容器内盛物。

使用可选的供电单元 6.2164.010 也可以不依赖设备使用。



6.1439.010

KF 输送吸管

用于电量滴定杯的 KF 输送吸管，包括 M8 螺纹套管接头 6.1811.010。



6.2811.000 分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



6.2811.010 分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。

本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

