



OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL

2.1030.1030

OMNIS Sample Robot Oven 配备有炉模块 8 mL 以及丰富的附件，是依据卡尔·费休法进行全自动热样品前处理及之后测定水的直接入门级产品。该系统的两个样品架提供了容纳 100 只样品瓶，每只 8 mL 的位置。这套模块化系统在完整安装状态下提供，因此可以在最短时间内启动。根据需要，可为系统扩展其它炉模块，这样可使吞吐量加倍。

Scope of delivery 2.1030.1030

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1030.1030	OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL
		OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL



2 PCS

6.02041.070

OMNIS 样品架 50 x 8 mL

OMNIS 样品架，用于 OMNIS Sample Robot Oven，适配 50 个样品瓶 (6.2420.007)



1 PCS

6.1448.067

带隔垫的转锁，100 个

带隔垫的转锁，适用于 8 mL 样品瓶，6.2420.007，100 个



1 PCS

6.2420.007

带螺纹的 8 mL 样品瓶，100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶，适用于转锁 6.1448.067，100 个



1 PCS

6.1808.040

螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部

螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.2724.010 灰尘过滤器

灰尘过滤器，用于617，679，743 Rancimat，用于卡氏炉



1 PCS

6.2811.000 分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



1 PCS

6.2816.070 穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080

出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



1 PCS

6.2049.060

间隔支架 11-55 mm

用于 OMNIS Sample Robot Oven 的间隔支架套件用于在样品瓶中调整针的浸没深度。



1 PCS

6.1446.230

加热管塞

加热管塞，用于滴定杯（电量分析）



1 PCS

6.01807.010

涡形吸收器 OMNIS Oven Module

涡形吸收器与 OMNIS Oven Module 匹配



1 PCS 6.1448.080 隔垫, 7.5 mm, 5 个

OMNIS Oven Module 上空气调节管的替代隔垫



1 PCS 6.1805.470 FEP管 / M6 / 44厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.2821.090 吸液过滤头

孔径大小 27 μm 。每套 5 件。用于吸液管 (6.1834.000) 及滤管 (6.1821.040) 和 (6.1821.050)。



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key), 2.5毫米



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.1830.050

加热管 OMNIS

加热管，带 M6 螺纹，用于 OMNIS Sample Robot Oven



Optional accessories

Order no.	Description	
6.02700.010	用于 OMNIS Sample Robot Oven 的安全盖板 用于 OMNIS Sample Robot Oven 夹爪的安全盖板	
2.1018.0010	无搅拌器的 OMNIS Coulometer 无磁力搅拌器的 OMNIS Coulometer，适于独立运行或作为 OMNIS 滴定系统的核心元件运行。可以为电量计扩展其它滴定仪、加液器或电量计模块。 电量分析法是用于液态、固态和气态中水份测定的理想方法（10 µg 至 10 mg 绝对水份含量）。此外，电量分析卡尔·费休滴定法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。	
2.1019.0010	无搅拌器的 OMNIS Coulometer Module 无磁力搅拌器的 Coulometer Module 可连接至 OMNIS Titrator 或者 OMNIS Coulometer，以扩展测量接口。	
2.1017.1000	OMNIS Oven Module 6 mL 用于安装在 OMNIS Sample Robots Oven 支架模块中的模块。该工作站拾取 6 mL 样品瓶，将其从交接位置运入炉中，在分析完之后再运回。	

用于安装在 OMNIS Sample Robots Oven 支架模块中的模块。该工作站拾取 8 mL 样品瓶，将其从交接位置运入炉中，在分析完之后再运回。

