



855 Robotic Titrosampler «Basic» (1T/1P)

2.855.0010

基础型号，可扩展至适用客户特定的自动滴定系统。节省空间的 Robotic Sample Processor XL，带内置 Titrando、一个带 Swing Head 的工作站和一个内置隔膜泵。可选择连接一台外部蠕动泵或隔膜泵，用于抽吸滴定溶液（选装）。方法编程可通过便捷的 Touch Control、滴定软件 tiamo™ 或 OMNIS 进行。

Scope of delivery 2.855.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.855.0010	855 Robotic Titrosampler «Basic» (1T/1P)

基础型号，可扩展至适用客户特定的自动滴定系统。节省空间的 Robotic Sample Processor XL，带内置 Titrando、一个带 Swing Head 的工作站和一个内置隔膜泵。可选择连接一台外部蠕动泵或隔膜泵，用于抽吸滴定溶液（选装）。方法编程可通过便捷的 Touch Control 或滴定软件 tiamo™ 进行。



2 PCS 6.1236.020 套管, SGJ 14/12 毫米
套管, SGJ 14/12 毫米, 带O型圈



1 PCS 6.1621.000 容器, 10升
用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



3 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



1 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。




1 PCS

6.2751.100

安全盖板

用于样品处理器（带 786 Swing Head）的安全盖板。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.802.0020	802 Stirrer, 用于自动进样器 棒式搅拌器, 用于自动进样器和 Sample Processor。 带 6.1909.020 搅拌螺旋桨 104 mm 和固定装配的电缆。	
2.849.0010	849型 Level Control液位控制器 样品处理系统的附加设备, 用于通过远程接口监控冲洗桶或废液桶液位。该设备可防止泵在液体流光时还在干转, 或防止桶中液体溢出, 适用于水性溶液, 溶剂和悬浮液。	
6.1462.030	机器人臂, 带移液型滴定头, 用于786型摇摆头, 向左摆动 用于液体操作的移液型机器人臂	
6.1462.040	机器人臂, 带移液型滴定头, 用于786型摇摆头, 向右摆动 用于液体操作的移液型机器人臂	

6.1462.050 机器人臂，带滴定头，用于786型摇摆头，向左或向右摆动
滴定头，用于摇摆头



6.1462.060 机器人臂，带滴定头固定器，向左摆动
滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1462.070 机器人臂，带滴定头固定器，向右摆动
滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1462.090 机器人臂，带Luer锁连接器，用于786型摇摆头，向右摆动
用于液体操作的移液型机器人臂



6.1462.150 带滴定头和样品杯传感器的摆臂，用于 786 Swing Head，可左摆或右摆

带样品杯传感器的滴定头，用于 786 Swing Head，2 x M10，1 x SGJ 14.5，2 x 滴定管头



6.1462.160 机器人臂，带滴定头固定器以及传感器，用于786型摇摆头，向左摆动

带滴定杯传感器的滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1462.170 机器人臂，带滴定头固定器，以及传感器，用于786型摇摆头，向右摆动

带滴定杯传感器的滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1909.010 搅拌螺旋桨 / 87 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 96 毫米。 用于测量杯，用于 722型，802型棒式搅拌器



6.1909.020 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 104 毫米。用于测量杯，用于722型，802型棒式搅拌器



6.1909.030 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，带PP搅拌杆，PVDF搅拌头。从SGJ算起的长度： 104 毫米。用于卡尔费休应用，用于722型，802型棒式搅拌器



6.1909.040 搅拌螺旋桨 / 93 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 102 毫米。用于带 SGJ 14 /15 的滴定杯以及 722型， 802型棒式搅拌器



6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯（6.1459.300）



6.2041.400 样品架, 126 x 11 mL 和 2 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 126 个样品容器和 2 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.2743.050、6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250、6.2743.047、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.410 样品架, 141 x 11 mL 和 1 x 300 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 141 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.430 样品架, 127 x 11 mL 和 2 x 300 mL (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 127 个样品容器和 2 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.440 样品架, 148 x 11 mL 和 3 x 300 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 148 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.450 样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.710 样品架, 160 x 6 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 160 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2419.000。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.800 样品架, 100 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 100 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210, 6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.810 样品架, 34 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 34 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.820 样品架, 28 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.14332.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.830 样品架, 28 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.840 样品架, 59 x 120 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.850 样品架, 59 x 120 mL, (聚丙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.900 样品架嵌件, 54 x 75 mL, 用于水浴, (Al)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架嵌件, 用于 54 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。

材料: 铝 (Al)



6.2058.110 塔延伸板, 用于样品处理器

高度延伸板, 130毫米, 用于样品处理器 塔的延伸器, 用于COD应用。



6.2141.300 远程电缆 843-样品处理系统

用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆



6.2148.010 远程盒, MSB

另外的远程接口, 用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。




6.2840.000 水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrator.
带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrator.



6.2841.010 外部冲洗台，用于滴定头 6.1458.040 的机械臂

外部冲洗台可从侧面安装到 Robotic Sample Processor（机器人样品处理器）塔上，可在样品盘进行其他操作过程中进行外部滴定装备清洗。



6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrando的2毫米插座相连。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrando的2毫米插座相连。



需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。

